

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția unui aparat portabil pentru măsurarea nivelului de zgomot la locul de muncă (dozimetru)

Prezentul caiet de sarcini se întocmește în vederea achiziției unui aparat de măsurare a nivelului de zgomot la locul de muncă și constituie ansamblul cerințelor tehnice minime pe baza cărora se elaborează oferta de către ofertant.

1. Autoritatea contractantă: – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” Bucuresti, având sediul în Bdul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, cod fiscal RO 1558391, cont bancar nr. RO23RNCB0072049685020001, deschis la BCR, sucursala BCR sector 1, RO29TREZ7005069XXX005269 Trezoreria Mun. București;

2. Ofertantul: - are obligația să furnizeze echipamentul solicitat respectând întocmai cerințele tehnice minime din prezentul caiet de sarcini și să ofere garanția specifică pentru echipament conform legislației în vigoare.

3. Legislație aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modalitatea de atribuire a contractului este achiziția directă prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul www.inpm.ro. Achiziția va fi finalizată prin încheierea unui contract de achiziție (inclusiv montarea și punerea în funcțiune).

4. Obiectul achiziției : DOZIMETRU DE ZGOMOT, Cod CPV: 38341200-9;

5. Cerințe tehnice minime:

1. Aparat portabil pentru măsurarea nivelului de zgomot la locul de muncă;
2. Conform cu STANDARDELE - IEC 61252:2002, ANSI S1.25:1991
3. De preferință microfon clasă de precizie 1, montat pe corpul instrumentului
Fara cablu,
4. Ponderari în frecvență
5. Detector Leq și RMS: A
6. Detector de varf: A, C și Z (Liniar)
7. Ponderari timp - Slow, Fast and Impulse (Incet, rapid și impuls);
8. Masurare simultana parametri - LAeq, Lpeak, Lmax, Lmin Nivelul de expunere la zgomot: LAEPd, LEX,8h, LAE Expunerea la zgomot: Pa²hr, Pa²sec doza %; doza proiectata %
9. Domeniul de masurare - Nivelul de zgomot: 65.0–140.3 dB
10. Inregistrare - Pana la 180 de ore cu valori inregistrate la fiecare 1 minut

11. Compatibilitate cu Software specializat calcul expunere personală la zgomot „Protector”;
12. Compatibilitate cu calibrator acustic, pentru microfoane, tip Bruel&Kjaer tip 4231;
13. Dovada aprobării de model a aparatului în România;
14. Accesorii: - cablu transfer date, CD soft intern, instrucțiuni de utilizare în limba română, încărcător priză, geantă transport

Modul de finalizare a achiziției: încheierea unui contract de achiziție publică.

Durata contractului: 2 (două) luni de la data semnării de către ambele părți.

Valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 7.600 lei

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii: prețul cel mai scăzut pentru ofertele care îndeplinesc toate cerințele tehnice.

Termene de plată:

1. Plata TVA-ului aferent facturii împreună cu receptia la institut a dozimetrului în termen de 14 zile de la data semnării contractului;

2. Plata diferenței la factura echipamentului până la 31.12.2017

Data limită până la care se depun ofertele: 09.11.2017 Ofertele vor fi redactate în limba română și se vor transmite la adresa autorității din București, Bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa de email: office@inpm.ro, laboratorczv@gmail.com

DIRECTOR GENERAL,

Dr.ing. Doru-Costin DARABONT

ȘEF LABORATOR CZV,

dr.ing. Silviu-Nicolae PLATON