

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Către: Operatorii economici interesați:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” intenționează să achiziționeze ”hotă verticală cu flux laminar” în cadrul Proiectului PN II - TEXLECONS.

Legislație aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de atribuire a contractului este achiziția directă prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul www.inpm.ro.

Achiziția va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii (inclusiv montarea și punerea în funcțiune) cu durată de 2 (două) luni de la data semnării de către ambele părți.

Obiectul achiziției: ”hotă verticală cu flux laminar” în cadrul Proiectului PN II - TEXLECONS, Cod CPV:39141500-7 Hote de aspirare

Cerințe tehnice:

1. Model compact din oțel inox
2. Panouri frontale din sticlă termică
3. Suprafața interioară din oțel inoxidabil, cu colțuri rotunjite
4. Suprafața de lucru din oțel inox
5. Echipată cu filtru HEPA
6. Ventilator cu motor controlat electronic pentru menținerea unei viteze constante a fluxului de aer
7. Nivel de zgomot <60 dB
8. Prevăzută cu lampă bactericidă UV
9. Accesorii: masă de laborator (suport) pentru hotă

Modul de finalizare a achiziției: încheierea unui contract de achiziție publică.

Durata contractului: 5 (cinci) luni de la data semnării de către ambele părți

Valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 18.000 lei, echivalentul a 4.077,75 (4.4142 lei la 16.10.2015)

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii: prețul cel mai scăzut pentru ofertele declarate admisibile.

Data limită până la care se depun ofertele: 02.11.2015

Ofertele vor fi redactate în limba română și se vor transmite la adresa autorității din București, Bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa de e-mail laboratorrcb@yahoo.com